


independence with confidence

www.optimummedical.co.uk

**Ugo**<sup>TM</sup>  
**catheter valve**  
katetriventtiilit




Suunniteltu käytettäväksi virtsaputken  
kestokatetrin tai suprapubic-katetrin kanssa



**optimum**medical®

# Ugo catheter valve



**Optimum Medical** ymmärtää itsenäisen toiminnan tarpeen. **Ugo Catheter Valve** (katetriventtiili) on erityisesti suunniteltu varmistamaan, että potilas tuntee olonsa mukavaksi ja varmaksi.

## Avainvahvuudet:

- Huomaamaton, mukava ja helppo käyttää
- Turvasalpa estää tahattoman avautumisen
- Helposti avattava pussipakkaus mahdollistaa helpon venttiilin viennin steriilille alueelle
- 180-mallin vipuhana mahdollistaa käytön yhdellä kädellä
- Valmistettu korkealaatuisesta, kestävästä, lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetusta PVCmuovista enintään 7 vuorokauden käyttöön
- Kompakti, ergonominen muotoilu ilman teräviä reunoja
- Läpinäkyvä porrastettu yleisliitin mahdollistaa turvallisen asentamisen kaikkiin kestokatetreihin
- Pehmeä silikoniletku yön yli dreenipussin tai keräypussin liittämistä varten




Tuotenumero	PIP-koodi	NPC-koodi	Tuotteen kuvaus	Os.pakk	Kulj.pakk
603000	388-2388	F551067	Ugo Catheter Valve	5 kpl.	100 kpl.

## LATEX FREE

Informatiivinen potilaan ja hoitajan ohje saatavilla. Ota yhteyttä **Optimum Medical:iin**, [ugo@optimummedical.co.uk](mailto:ugo@optimummedical.co.uk), saadaksesi lisätietoja.

## VASTAA KLIINISEEN TARPEESEEN

### MITKÄ OVAT **UGO CATHETER VALVE** KÄYTÖN EDUT VERRATTUNA DREENIPUSSEIHIN?



Ugo Catheter Valve ((katetriventtiiliin) turvallinen  
liittäminen virtsatiekatetriin

#### **Ugo Catheter Valve** (katetriventtiili) sopii henkilöille, jotka:

- On riittävä virtsarakon kapasiteetti
- On riittävä virtsarakon tunne
- On hyvä liikkuvuus
- On hyvä kognitiivinen tietoisuus

**The National Institute for Health and Clinical Excellence** suosittelee, että "Henkilöillä, joille se sopii, voidaan katetriventtiiliä käyttää vaihtoehtona dreeneenipussille"<sup>1</sup>

'Katetriventtiilin käytössä vaihtoehtona jatkuvalla vapaalla dreeneenaukselle pitää aina harkita tiedetäänkö virtsarakon pystyvän keräämään virtsan turvallisesti.'<sup>2</sup>

#### **1 Edistää normaalia tyhjentäjälihasten toimintaa**

Jos virtsarakko on pitkään vapaan dreeneenauksen tilassa, sen toiminta voi lakata eikä välttämättä palaudu, jos toimintaa ilman katetria (TWOC, trial without catheter) yritetään myöhemmin.<sup>3</sup>

Venttiili antaa mahdollisuuden virtsarakon toiminnan, kapasiteetin ja jakson säilyttämiselle, mahdollistamalla virtsarakon täyttymisen ja tyhjentymisen.<sup>4</sup>

#### **2 Vähentää vaurioita**

'Virtsarakon seinämän ja virtsateiden vaurioiden väheneminen rakon seinämän jaksottaisen katetrista irti nousemisen kautta kun rakko täyttyy. Virtsarakon kaulan vetäytyminen voidaan myös estää, koska keräyspussin paino ei ole katetrin varassa.'<sup>5</sup>

#### **3 Parempi potilaskokemus**

'Potilaat pitivät usein katetriventtiilejä parempana, yksityisyyden ja arvokkuuden takia, ja ihanteellinen venttiili on huomaamaton, vuotovarma ja helppokäyttöinen.'<sup>6</sup>

#### **4 Vähentää karstoittumista ja katetrin tukoksia**

'Venttiilillä säädelty, jaksottainen virtsan virtaus katetrin läpi pidentää katetrin tukkeutumiseen kuluva aikka. Paras tulos saavutettiin, kun virtsaa tyhjennettiin katetrin kautta 4 tunnin välein.'<sup>7</sup>

**Ugo Catheter Valve** ei välttämättä sovi henkilöille, joilla on:

- Kyvyttömyys käyttää venttiiliä (ellei hoitaja voi tehdä sitä)
- Pieni virtsarakon kapasiteetti
- Alentunut virtsarakon tunne
- Rajoittunut kognitiivinen tietoisuus
- Huono munuaisten toiminta tai ureteraalinen refluksi
- Hallitsematon tyhjentäjälihaksen yliaktiivisuus



optimum medical  
support™

Koulutusta ja tietoa  
optimaaliseen hoitoon

Visit [www.optimummedicalsupport.co.uk](http://www.optimummedicalsupport.co.uk) to find out more.



## VIITTEET

- 1 National Institute for Health and Clinical Excellence. 2012. Urinary Incontinence in Neurological Disease [PDF]. Manchester. National Institute for Health and Clinical Excellence. Saatavana osoitteessa: <http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13855/60379/60379.pdf> [Viitattu 23.1.2014]
- 2 Harrison S.C.W, et al. 2010 British Association of Urology Surgeons. Suprapubic Catheter Practice Guidelines. British Journal of Urology International 107(9), pp77-85.
- 3 Addison R et al. 2012. Katetrihoito: RCN Guidance for Nurses [PDF]. Lontoo. Royal College of Nursing. Saatavana osoitteessa: [http://www.rcn.org.uk/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0018/157410/003237.pdf](http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/157410/003237.pdf)
- 4 The European Association of Urology Nurses, 2012. Evidence Based Guidelines for Best Practice in Urology Healthcare. Catheterisation, Indwelling Catheters in Adults. Urethral and Suprapubic. Netherlands: The European Association of Urology Nurses.
- 5 Bardsley, A & Kyle, G. 2007. Assessing Research Evidence for the use of Catheter Valves. Continence UK. Vol 1(4) pp53-56. Vain abstrakti.
- 6 Woodward, S, 2013. Katetriventtiilit: A welcome Alternative to Leg Bags. British Journal of Nursing. 22 (11) pp 650-653.
- 7 Sabbuba.N.A et al, 2005. Does the valve regulated release of urine from the bladder decrease encrustation and blockage of indwelling catheters by crystalline proteus mirabilis biofilms? Journal of Urology. 173(1) pp 262-6. catheters by crystalline proteus mirabilis biofilms? Journal of Urology. 173(1) pp 262-6.

## YMPÄRISTÖKÄYTÄNTEET



Lääkinnällisten tuotteiden valmistajana tiedostamme, että meilläön vastuu pienentää vaikutustamme ympäristöön ja säästääluonnonvaroja. Pyrimme käyttämään pienintä käyttökelpoista pakkauskoostaminimoidaksemme materiaalien käytön ja kaatopaikkajätteen jalanjäljen.



Tuotteittemme kuljetukseen liittyen varmistamme, että kuljetus tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Kaikki painettu materiaali on 50 % kierrätettyä ja sertifioitua FSC:n 's Chain-of-Custody -ohjelmassa.



optimummedical

**MEDI PLAST®**

**Jälleenmyyjä Mediplast Fenno Oy**

PL 153, 01531 Vantaa

Puh 09 276 3600 | [asiakaspalvelu@mediplast.com](mailto:asiakaspalvelu@mediplast.com) | [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

**Optimum Medical**

Tenant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom Tel.: +44 (0)

8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826

[enquiries@optimummedical.co.uk](mailto:enquiries@optimummedical.co.uk) | [www.optimummedical.co.uk](http://www.optimummedical.co.uk)

